

Blodtrykksapparater på legekontorer

PODKAST

Blodtrykksapparater på norske legekontorer viser ofte feil verdi, noe som kan få konsekvenser for pasientene. De færreste legekontorer har rutiner for kontroll og kalibrering, sier Nils Moe. Reporter: Eline Feiring

Les artikkelen her: [Blodtrykksapparater på legekontorer](#)

Publisert: 12. november 2018. Tidsskr Nor Legeforen. DOI:

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2020. Lastet ned fra tidsskriftet.no